

# Il y a une vie derrière chaque test

Le système **BD Veritor™ Plus** simplifie les tests de dépistage de la **COVID-19\*** au point d'intervention

Découvrez le portatif et facile à utiliser système **BD Veritor™ Plus**. Il procure des résultats fiables en seulement 15 minutes.



# Simplifier la dépistage de la COVID-19

COVID-19 (SARS-CoV-2)

Lorsque vos patients ont besoin d'un test de dépistage fiable et rapide de la COVID-19, consultez le **système BD Veritor™ Plus**. Il offre des résultats fiables au point d'intervention dans un instrument portatif simple à utiliser.



## Simplifie le processus de test

- Aide à réduire les erreurs de traitement manuel des tests grâce à son fonctionnement facile et à sa fonctionnalité à un seul bouton
- Procure un traitement intuitif des échantillons grâce à des tubes préremplis et homogènes



## Obtient des résultats fiables et rapides

- Affiche des résultats numériques faciles à lire pour la COVID-19 en 15<sup>1</sup>:
  - » « CoV2 : + » pour un résultat positif, « CoV2 : - » pour un résultat négatif
- Fournit des résultats clairs et objectifs en corrigeant la liaison non spécifique et en détectant les résultats positifs non reconnus par l'œil spontané<sup>1</sup>



## Assure l'efficacité du flux de travail

- S'adapte facilement à votre flux de travail en offrant 2 modes d'utilisation
  - » **Walk Away:** l'appareil de test est inséré dans l'analyseur immédiatement après la préparation, ce qui permet au personnel de réaliser plusieurs tâches à la fois pendant que l'échantillon est incubé (15 minutes)
  - » **Analyser Maintenant:** le dispositif d'analyse est inséré une fois le temps d'incubation terminé, permettant d'analyser différents lots d'échantillons en même temps (résultats en quelques secondes)



## Assure la traçabilité des résultats

- Numéro de lot téléchargeable, ID du patient/de l'échantillon, l'identifiant de l'opérateur et dossiers d'essai avec le module BD Veritor™ InfoWiFi ou via l'application complémentaire ImageMover
- Offre des capacités d'impression des résultats grâce au port USB


Référence: 1. Système BD Veritor™ pour la détection rapide du SARS-COV-2\*  
Notice d'emballage. 500048916 Becton, Dickinson and Company.

BD Life Sciences, 2100 Derry Road ouest, Mississauga, ON L5N 0B3 CA  
866-979-9408

[BDVeritor.com](https://www.bdveritor.com)

BD, le logo BD et Veritor sont des marques de commerce de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales. © 2021 BD. Tous droits réservés.

## Rendement clinique par rapport à RT-PCR<sup>1</sup>

	PAP <sup>†</sup>	NPA <sup>‡</sup>	Résultats en
<b>COVID-19 (SARS-CoV-2)</b>	<b>91.1%</b> (95 % IC, 80,7 %-96,7 %)	<b>99.6%</b> (95 % IC, 97,9 %-99,9 %)	 <b>15</b>
†Pourcentage de concordance positive		Résultats de dépistage de la COVID-19 en 15 minutes	
‡Pourcentage de concordance négative			

## Donnez la possibilité à votre personnel d'utiliser la plateforme d'apprentissage en ligne du système BD Veritor™ Plus

- Attribuez des plans de formation personnalisés par rôle, produit ou type d'apprentissage
- Simplifiez l'apprentissage grâce à des modules de cinq minutes
- Effectuez un suivi facile de la conformité à la formation et de l'évaluation des compétences

Information pour la commande	No de cat	Qté
Trousse BD Veritor™ Plus System SARS-CoV-2	256089	30 tests
Analyseur BD Veritor™ Plus	256066	1 unité

\*Système pour la détection rapide du SARS-COV-2 BD Veritor™

- La vente de ce test a été autorisée au Canada par Santé Canada en vertu d'une ordonnance provisoire.
- Ce test n'est autorisé que pour la durée de l'ordonnance provisoire concernant l'importation et la vente de dispositifs médicaux à utiliser en lien avec la COVID-19, à moins que l'autorisation ne soit révoquée ou révoquée plus tôt.
- Ce test a été autorisé uniquement pour la détection des protéines du SARS-CoV-2, et non pour d'autres virus ou agents pathogènes.

